

附件 2

计量授权项目

序号	开展检定项目名称	测量范围	不确定度/准确度等级/最大允许误差	依据检定规程编号
1	电子式三相交流电能表	$3 \times (57.7 \sim 380) V$ $3 \times (0.1 \sim 100) A$	0.5S 级及以下等级	JJG596-2012
2	经电子式互感器接入的三相静止式电能表	$3 \times 1.155/2V$ $3 \times 4 (4.8) V$; $3 \times 2.309/4V$ $3 \times 4 (4.8) V$	0.5S 级及以下等级	JJG (冀) 131-2016
3	电子式直流电能表	$(100 \sim 1000) V$ $(0.1 \sim 100) A$; $75mV \sim 1000V$ $(0.75 \sim 75) mV$	0.5 级及以下等级	JJG842-2017
4	电子式电流互感器	$(5 \sim 1000) A / (0 \sim 7) V$	0.2S 级及以下等级	JJG (冀) 3009-2020
5	直流电流互感器	$(5 \sim 600) A / (0 \sim 6) V$	0.2 级及以下等级	JJG1157-2018
6	电阻分压电子式电压互感器	$10kV / (0 \sim 7) V$; $35kV / (0 \sim 7) V$	0.2 级及以下等级	JJG (冀) 130-2016
7	直流电压互感器	$10kV / (0 \sim 6) V$	0.2 级及以下等级	JJG1156-2018